



НПФ «ЭЛАН-ПРАКТИК»

Вакуумный пост ВПРМ-1ТМ

ПАСПОРТ ПВГМ.45.200.00РЭ

г. Дзержинск

2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об изделии
2. Состав и основные технические характеристики
3. Свидетельство о приемке
4. Гарантийные обязательства
5. Сведения о содержании драг. металлов.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Вакуумный пост ВПРМ-1ТМ (в дальнейшем «оборудование») предназначен для создания вакуума в изделиях, подключаемых к данному оборудованию.

2 СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вакуумный пост ВПРМ-1ТМ выполнен по КД ПВГМ.45.000.00 и состоит из форвакуумного насоса с ловушкой масляного тумана, турбомолекулярного насоса, вакуумной запорной арматуры и вакуумметрической измерительной системы.

Технические характеристики:

- габаритные размеры: 400×400×500мм;
- напряжение питания 220В;
- потребляемая мощность не более 800 Вт;
- остаточное давление 1×10^{-4} мм.рт.ст.

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Вакуумный пост ВПРМ-1ТМ заводской номер _____

соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления: " ____ " _____ 2019г.

М.П.

4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Поставщик гарантирует работу оборудования в течение 12 месяцев, с момента продажи, при соблюдении Покупателем требований Руководства по эксплуатации (входит в комплект поставки) и условий настоящих гарантийных обязательств.

4.2. В период гарантийного срока Поставщик за свой счет проводит необходимый ремонт, устранение недостатков, в соответствии с требованиями действующего законодательства. Гарантийное обслуживание оборудования осуществляется Поставщиком с выездом на место эксплуатации.

4.3. Если в период гарантийного срока будет выявлена неисправность, препятствующая дальнейшей эксплуатации, Покупатель предъявляет Поставщику рекламацию (претензию). Поставщик обязуется в течение двух месяцев с момента получения рекламации (претензии) устранить неисправность или полностью заменить неисправное оборудование. Все расходы, связанные с заменой оборудования производятся за счет Поставщика и Покупателем не компенсируются.

4.4. При замене вышедшего из строя оборудования сторонами, а в случае отказа Поставщика Покупателем в одностороннем порядке составляется акт, в котором фиксируется дефект, даты его обнаружения и устранения. Срок гарантии данного вида товара продлевается на период замены неисправного товара.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Вышеобъявленные гарантийные обязательства не распространяются на поставленное оборудование при наличии следующих обстоятельств:

1. при отсутствии данного талона гарантийных обязательств;
2. при неполной комплектности ОБОРУДОВАНИЯ и ее составных частей, в том числе ЗИП;
3. при несоответствии серийных номеров компонентов, входящих в состав ОБОРУДОВАНИЯ с паспортными данными или с поврежденной маркировкой, не позволяющей определить серийный номер оборудования
4. при наличии механических, тепловых и химических повреждений;
5. при модификации поставленного оборудования или иному несанкционированному Поставщиком вмешательству Покупателя или третьей стороной;
6. при выходе из строя в результате нарушения требований по эксплуатации оборудования, перечисленных в Руководстве по эксплуатации и другой документации на отдельные компоненты ОБОРУДОВАНИЯ;
7. при возникновении неисправности в результате пожара, наводнения или воздействию других неблагоприятных внешних условий;
8. при неисправности датчиков давления, вызванных загрязнением их чувствительных элементов или другими недопустимыми воздействиями, изложенными в руководстве по эксплуатации на данный датчик;
9. в случае попадания посторонних предметов внутрь вакуумных клапанов, магистралей, насосов, блоков, узлов или других элементов ОБОРУДОВАНИЯ.

Сервисный центр Поставщика находится по адресу:

Россия, г. Дзержинск, Нижегородской обл., ул. Бутлерова, д.51

Тел./факс (8313) 27-40-45

5 Сведения о содержании драг. металлов

Вакуумный пост ВПРМ-1ТМ драгоценных металлов не содержит.

ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата установки	Где установлен	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица проводившего установку (снятие)
			С начала эксплуатации	После последнего ремонта		

УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	Вид технического обслуживания	Наработка		Основание (Наименование, номер и дата документа)	Должность, фамилия и подпись	Примечание
		После последнег о ремонта	С начала эксплуата ции			